

# 单一来源技术要求论证 专家信息表

| 序号 | 姓 名 | 工作单位      | 专业    | 技术职称 | 专家签字 | 联系电话        |
|----|-----|-----------|-------|------|------|-------------|
| 1  | 江嘉  | 甘肃省中医院    | 喉症    | 主任医师 | 江嘉   | 13609351875 |
| 2  | 刘永军 | 甘肃省第二人民医院 | 耳鼻喉科  | 主任医师 | 刘永军  | 13893259611 |
| 3  | 徐百成 | 兰州大学第二医院  | 耳鼻咽喉科 | 主任医师 | 徐百成  | 15193136876 |
| 4  | 张璇  | 甘肃弘熙律师事务所 | 律师    | 律师   | 张璇   | 15393129675 |



单一来源采购专家论证意见表

时间:2026年7月6日

|        |                                                                                                                                                                                              |      |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 使用单位   | 兰州市第二人民医院                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 项目名称   | 兰州市第二人民医院电子鼻咽喉镜维保项目                                                                                                                                                                          |      |         |
| 采购内容   | 电子鼻咽喉镜维保                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 项目金额   | 7.5万                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 专家信息   | 姓 名                                                                                                                                                                                          | 职 称  | 工 作 单 位 |
|        | 江 勇                                                                                                                                                                                          | 主任医师 | 甘肃省中医院  |
| 专家论证意见 | <p>需要维修的电子鼻咽喉镜,其主机、电话线均为德国KARL, STORZ (卡尔史托斯)制造,为了避免不必要的维修过度开支,缩短维修周期,同时能够得利原厂产品的专业品质和质量保证,拟采用置换式维保。目前只有KARL, STORZ (卡尔史托斯)授权渠道能够提供原厂产品,需采用单一来源采购方案采购。</p> <p>专家签字: 江勇<br/>2026年 期: 7月6日</p> |      |         |



# 单一来源采购专家论证意见表

时间: 2026年7月6日

|        |                                                                                                                                                                                                                    |      |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 使用单位   | 兰州市第二人民医院                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 项目名称   | 兰州市第二人民医院电子鼻咽喉镜维保项目                                                                                                                                                                                                |      |           |
| 采购内容   | 电子鼻咽喉镜维保                                                                                                                                                                                                           |      |           |
| 项目金额   | 7.5 万                                                                                                                                                                                                              |      |           |
| 专家信息   | 姓 名                                                                                                                                                                                                                | 职 称  | 工 作 单 位   |
|        | 刘明宇                                                                                                                                                                                                                | 主任医师 | 甘肃省第二人民医院 |
| 专家论证意见 | <p>刘明宇主任医师: 刘明宇主任医师, 电子鼻咽喉镜系统主机和电子镜均由德国KARL STORZ(卡尔史托斯)品牌, 刘明宇主任医师有该品牌授权渠道能够提供原厂产品, 提供更换或维保。为减少维保时间及维保成本, 同时能够得到原厂产品的售后服务和质量保证, 保障医院工作的正常开展, 尽可能减少故障风险, 需采用单一来源采购方式采购。</p> <p>专家签字: 刘明宇</p> <p>日 期: 2026年7月6日</p> |      |           |



# 单一来源采购专家论证意见表

时间:2016年 7月7 日

|        |                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 使用单位   | 兰州市第二人民医院                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 项目名称   | 兰州市第二人民医院电子鼻咽喉镜维保项目                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 采购内容   | 电子鼻咽喉镜维保                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 项目金额   | 7.5 万                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 专家信息   | 姓 名                                                                                                                                                                                                                        | 职 称  | 工 作 单 位  |
|        | 徐百成                                                                                                                                                                                                                        | 主任医师 | 兰州大学第二医院 |
| 专家论证意见 | <p>该州第二人民医院为 STORZ 产品,目前仅该品牌授权渠道能提供原厂产品,提供替换式维修服务。为能得到原厂产品的替换和售后服务,保障维修的质量和产品的长期使用,需采用单一来源方式采购。</p> <p>专家签字: </p> <p>日 期:2016.7.7</p> |      |          |



## 单一来源采购专家论证意见表

时间: 2026年 7月 7日

|        |                                                                                                                                                                               |     |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 使用单位   | 兰州市第二人民医院                                                                                                                                                                     |     |           |
| 项目名称   | 兰州市第二人民医院电子鼻咽喉镜维保项目                                                                                                                                                           |     |           |
| 采购内容   | 电子鼻咽喉镜维保                                                                                                                                                                      |     |           |
| 项目金额   | 7.5 万                                                                                                                                                                         |     |           |
| 专家信息   | 姓 名                                                                                                                                                                           | 职 称 | 工 作 单 位   |
|        | 张璇                                                                                                                                                                            | 律师  | 甘肃弘熙律师事务所 |
| 专家论证意见 | <p style="text-align: center;">本次采购符合《中华人民共和国政府采购法》第31条关于采用单一来源方式采购方式的相关规定。</p> <p style="text-align: right;">专家签字: 张璇</p> <p style="text-align: right;">日 期: 2026. 7. 7.</p> |     |           |

